

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Για την εκλεκτική καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση της *Pseudomonas aeruginosa*.

**ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ**

Οι *Ψευδομονάδες* είναι πανταχού παρόντα βακτηρίδια που βρίσκονται στο έδαφος, στα φυτά, στο γλυκό και θαλασσινό νερό. Το CETRIMIDE AGAR συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποία για την εκλεκτική καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση της *Pseudomonas aeruginosa*.

Αυτό το μέσο προάγει την παραγωγή πυοκυανίνης, μιας πράσινης-κίτρινης χρωστικής ουσίας.

Τα στελέχη της *Pseudomonas aeruginosa* είναι τα μοναδικά που παράγουν πυοκυανίνη η οποία διαχέεται γύρω από κάθε αποικία και μπορεί να βάψει ολόκληρό το υλικό.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της *P. aeruginosa* είναι η έντονη οσμή που έχουν οι αποικίες της και θυμίζει υάκινθο.

Η παγκρεατική πέψη ζελατίνης παρέχει άζωτο, βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα απαραίτητα για την ανάπτυξη.

Η γλυκερόλη αποτελεί πηγή άνθρακα. Το χλωριούχο μαγνήσιο και το Θεικό κάλιο ενισχύουν την παραγωγή πυοκυανίνης, πυοβεδίνης και Φθορεσκεΐνης. Το Cetrimide είναι ο εκλεκτικός παράγοντας καθώς αναστέλλει την ανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας.

ΣΥΝΘΕΣΗ	g/litre
Pancreatic Digest of Gelatin	20,00
Potassium Sulfate	10,00
Magnesium Chloride	1,40
Cetrimide	0,30
Glycerol	10ml
Bacteriological Agar	13,60

Εμφάνιση: Μπεζ διαυγές

Τελικό pH 7,2 ± 0,2 στους 25 °C.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ**

Το CETRIMIDE AGAR είναι *in vitro* εργαστηριακό διαγνωστικό υλικό και πρέπει να χειρίζεται μόνο από εξειδικευμένα άτομα του εργαστηρίου.

Το υλικό αυτό περιέχει πεπτόνες και εκχυλίσματα ζωικής προέλευσης. Τα πιστοποιητικά για την προέλευση και την υγειονομική κατάσταση των ζώων δεν εγγυόνται πλήρως την αποσύσια μεταδιδόμενων παθογόνων παραγόντων. Γι' αυτό συνιστάται αυτά τα υλικά να αντιμετωπίζονται ως δυνητικώς μολυσματικά και με τήρηση των συνήθων μέτρων ασφαλείας (να μη λαμβάνονται από την πεπτική ή την αναπνευστική οδό).

Ο χειρισμός των τρυβλίων να γίνεται πάντα με γάντια και μέσα σε Laminar flow Class II, για να αποφεύγονται επιμολύνσεις κυρίως από σαπροφυτικούς μύκητες.

Εάν το τρυβλίο είναι ραγισμένο ή το σακουλάκι τρύπιο, μη το χρησιμοποιήσετε.

Μη χρησιμοποιείτε τα τρυβλία εάν παρουσιάζουν ενδείξεις μικροβιακής μόλυνσης.

Το πάχος του άγαρ πρέπει να είναι 4 - 5 mm και το υλικό χωρίς ρωγμές, ξηρότητα ή άλλα σημεία αλλοίωσης.

Μετά την ημερομηνία λήξεως το υλικό είναι ακατάλληλο για χρήση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλένουμε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Τα θετικά δείγματα πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται για τη διαχείριση μολυσματικών δειγμάτων.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

Τα τρυβλία πρέπει να φυλάσσονται στους 2 – 8 °C μέσα στη συσκευασία τους μέχρι τη στιγμή της χρήσης τους.

Παρατεταμένη φύλαξη σε θερμοκρασία κάτω των 2 °C δημιουργεί αρκετή υγρασία μέσα στο υλικό με κίνδυνο επιμόλυνσης. Η κατάψυξη ακόμα και στιγμιαία, καταστρέφει το υλικό. Επίσης αποφεύγετε την υπερβολική θέρμανση.

Τα τρυβλία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Εάν ανοίξετε την αεροστεγή συσκευασία του τρυβλίου κατά λάθος, μπορείτε να το φυλάξετε στο ψυγείο για 5 – 7 μέρες αφού το σφραγίσετε με παραφίλμη με σακουλάκι.

Για την μεταφορά οι μελέτες σταθερότητας μας έδειξαν ότι τα σωληνάρια μπορούν να παραμείνουν στους 6 - 25 °C για 4 ημέρες ή στους 25 - 40 °C για 48 ώρες, χωρίς να επηρεαστεί η απόδοση του προϊόντος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Η μέθοδος της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποίας, USP συνιστά να ενοφθαλμίσουμε τις πλάκες στους 30-35 °C για 18-72 ώρες

**ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ**

Μετά την επώαση οι αποικίες της *Pseudomonas spp.* γίνονται πράσινες – μπλε με πράσινο υλικό.

Οι Gram (+) θετικοί κόκκοι δεν αναπτύσσονται.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ**


Συνιστάται η διεξαγωγή βιοχημικών δοκιμών, σε αποικίες από καθαρή καλλιέργεια για πλήρη αναγνώριση.

Μια δοκιμή οξειδάσης (Oxidase Test Strips-Code MID-61G) μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στην ύποπτη αποικία.

Ορισμένα στελέχη Enterobacteriaceae μπορεί να αναπτυχθούν και να δώσουν ψευδός θετικές γαλαζοπράσινες αποικίες χωρίς διάχυση του χρώματος στο υλικό.

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μικρόβιο	ATCC	Χρώμα αποικίας
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	Μπλε – πράσινες
<i>Escherichia coli</i>	25922	Αναστέλλεται
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	Αναστέλλεται



*P. aeruginosa* ATCC 27823 (Γαλαζοπράσινο),

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα υλικά που δεν παρουσιάζουν καμία ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα και να απορρίπτονται ανάλογα.

Τα υλικά που παρουσιάζουν ανάπτυξη αποικιών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες για μολυσματικά ή δυνητικός μολυσματικά απόβλητα.

Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη σωστή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων σύμφωνα με τη φύση και το βαθμό επικινδυνότητάς τους και πρέπει να τα διαχειρίζεται και να τα απορρίπτει (ή να αναθέτει τη διαχείριση και απόρριψή τους) σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

##### CETRIMIDE AGAR

ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΦΥΛΑΞΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Τρυβλίο 90mm	010024	10 τεμάχια	2 – 8 °C	4 μήνες
Τρυβλίο 60mm	050024	10 τεμάχια	2 – 8 °C	4 μήνες

Η εταιρεία Bioprepares έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα: EN ISO 9001:2015 / ΕΛΟΤ EN ISO 13485:2016 ΔΥ8δ/1348/2004.

#### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

King, Ward and Raney. J. Lab. and Clin. Med. 44:301. 1954. Brown and Lowbury. J. Clin. Path. 18:752. 1965.

Lowbury. J. Clin. Path. 4:66. 1951. Lowbury and Collins. J. Clin. Path. 8:47. 1955.

European Pharmacopoeia; 7.0

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ IN VITRO



#### Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ποταμού 5 ΒΙΟ ΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ ΤΚ 19001

Τ.Θ. 4893 - Τηλ.: 2299 0 66113 Φαξ: 2299 0 66112.

E-mail: [bioprep1@otenet.gr](mailto:bioprep1@otenet.gr) [www.bioprepares.gr](http://www.bioprepares.gr)